

DESCRIZIONE: **Comparatori**

CODICE: **H 4476 3000**

comparatori vengono prodotti e controllati secondo le norme DIN 878 così come i requisiti per la protezione IP67. Queste norme stabiliscono i seguenti limiti:

Tipo di test	Limiti di tolleranza	Note
Margine di errore fe	10 µm	controllato con asta di scorrimento inserita
Margine di errore ft	5 µm	controllato con asta di scorrimento inserita su campo di misura parziale
un di 0,1 mm		
Margine di errore fges	12 µm	controllato con giro completo
Isteresi fu	3 µm	controllato in base alla norma DIN 878
Ripetibilità fw	3 µm	controllato in base alla norma DIN 878
Classe di protezione IP67	IP67	il numero "6" indica la protezione totale alla penetrazione contro corpi solidi e polveri
	secondo VDE 0710	
	DIN 40050	Il numero "7" protezione contro l'immersione temporanea

Di tutti i comparatori sono state controllate la precisione e le loro funzioni meccaniche (controllo 100%).

I macchinari per i test vengono verificati regolarmente e hanno traccia presso German Calibration Service (DKD o PTB) in base alla DIN/ISO 9001:2008.

L'attuale tracciabilità viene ottenuta mediante:

H01 0948/KOBA/DKD Nr. 86097 -2802 DKD-K-01301-2005-08, D 08 0668/Optimar 100/1190/98 / 000029 DKD-K-41801-2006-05, D08 0550/MFP-100.03 BV/100633/000453 D-K-15131-01-00 - 2014-07, D08 0620/MFP-100.01 BV/100300/000452 D-K-15131-01-00 - 2014-07, D08 0711/MFP-30.03 BV/274363/FMS 28566/03/14, D08 0712/MFP-30.03 BV/274362/FMS 28565/03/14, D08 0855 / MFP-100.03 BV/256266/000451 D-K-15131-01-00-2014-07, D08 0860/MFP-30.01 BV/100212/000454 D-K-15131-01-00 - 2014-07, D08 0870/MFP-30.03 BV/266430/FMS 2623/09/13, D08 0889/MFP-100.01 BV/1218/00/000461 D-K-15131-01-00 - 2014-08, D08 0900/MFP-30.03 BV/100776/000455 D-K-15131-01-00 - 2014-07, S08 0986/MFP-30.03 BV/100322/FMS 5282/06/08 und S08 0987/MFP-30.03 BV/100500/FMS 7955/06/09.


Un amministratore